

Jasło 18.08.2017 r.

**SPROSTOWANIE  
ODPOWIEDZI  
na zapytanie dotyczące treści SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „dostawa odczynników biochemicznych z dzierżawą analizatora oraz odczynników hematologicznych z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasle”

*Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania Odpowiedzi z 17.08.2017 r. zamieszczonych na stronie internetowej w zakresie zmiany odpowiedzi na pytanie nr 3 i całość zamieszczonej zmiany otrzymuje brzmienie:*

**Pytanie 1**

1. Pkt. 13 SIWZ :

- a) Czy oceniany termin dostawy częściowej i czas reakcji serwisu są wyrażone w dniach roboczych?

**Odpowiedź**

Oceniany termin dostawy i czas reakcji serwisu wyrażany w dniach kalendarzowych. Jeśli ostatni dzień terminu wypada na dzień ustawowo wolny od pracy (np. niedzielę), termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy.

**Pytanie 2**

Projekt umowy dzierżawy :

- a) Czy w §6 ust 3 Zamawiający przeniesie obowiązki i koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy na Dzierżawcę?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wprowadza zmian.

**Pytanie 3**

Pakiet 1 :

- a) Czy Zamawiający dopuści analizator obecnie używany z 2013r.?

**Odpowiedź**

Zamawiający ~~nie wprowadza zmian~~ dopuszcza analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r.

**Pytanie 4**

Pakiet 2 :

- a) Czy Zamawiający wymaga, aby materiały kalibracyjne i kontrole były tego samego producenta co oferowany analizator?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasle  
  
lek. Robert Snoch  
alergolog, specjalista pediatra